



# Estrous Detector EDS2

fiche technique

NUMÉRO D'ANIMAL

	date	temps	résultat
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

	date	temps	résultat
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



Exemple de graphique de la résistance au mucus vaginal chez un mouton

**N'oubliez pas de:**

- Désinfecter la sonde
- Enlever l'urine résiduelle ou autres saletés de la vulve
- Effectuer des mesures toujours à la même profondeur
- Tourner la sonde dans le vagin avant d'appuyer sur le bouton
- Effectuer des mesures sur une base régulière

**N'oubliez pas de l'hygiène  
et la désinfection de la sonde  
avant et après  
chaque utilisation**